



**BRAND- UND
KATASTROPHENSCHUTZ**

LANDKREIS CHAM

KREISFEUERWEHRARZT

* Dr. Stefan Enderlein – Taubenstraße 10 – 93473 Arnschwang *

Arnschwang, 24.09.2017

Für Rückfragen:

Tel 09977903277

Fax 099734171

Mobil 015161223029

eMail enderlein.stefan@googlemail.com

.....
Stand: September 2017

Fachempfehlung medizinische Ausrüstung der FF im Landkreis Cham

Sehr geehrte Feuerwehrkameradinnen und -kameraden,

der Fachbereich 8 im KfV Cham hat sich aufgrund der großen Nachfrage dafür ausgesprochen, eine Fachempfehlung bzgl. der medizinischen Ausrüstung der Feuerwehren im Landkreis Cham zu erstellen.

Verpflichtend für Feuerwehrfahrzeuge ist der Verbandkasten K nach DIN 14142 – 132-teilig. Dazu besteht bereits eine Fachempfehlung des DFV aus dem Jahre 2011.

Zusätzlich zu dieser Grundausstattung sollten Feuerwehren mit Mitgliedern, die den Lehrgang Ersthelfer Feuerwehr erfolgreich absolviert haben, folgende Zusatzbeladung mitführen:

- 1 Beatmungsbeutel sowie Masken der Größen 3 und 5
- 1 „Pocketmasc“ zur Beatmung
- Guedeltuben Größe 3 und 4
- Automatisch Externer Defibrillator (verpflichtend ist hier die jährliche Zertifizierung!)
- 1 verstellbare Halskrause
- 5 Stück Einmal-Decken
- 1 Sam Splint

- 2 Cool Packs

Außerdem ergeht die Empfehlung, die Gerätschaften entweder in einer Tasche oder in einem Rucksack unterzubringen, da diese bei Weitem bessere Arbeits- und Trageeigenschaften haben als die üblicherweise genutzten Holz- oder Plastikboxen. Außerdem können sie nach hygienischen Richtlinien gut aufbereitet und gereinigt werden.

Für Feuerwehrangehörige mit weiterführender notfallmedizinischer Ausbildung (Rettungsassistent, Notfallsanitäter) wird keine Empfehlung gegeben.

Als Anhalt gilt hier die Fachempfehlung des DFV für die Einrichtungsliste nach DIN 13232.

Es gilt dabei aber unbedingt darauf zu achten, dass sich diese Zusatzbeladung nach dem Ausbildungsstand des Großteils der aktiven Mannschaft zu richten hat.

- gez. -

Dr. med. Stefan Enderlein

Kreisfeuerwehrarzt des Landkreises Cham